

日常点検チェックリスト

AED 本体(ZOLL AED 3 自動体外式除細動器, ZOLL AED 3 BLS 自動体外式除細動器)


シリアル番号 : _____

点 検 月	月			月			月					
点 検 担 当 者 名												
バッテリーの交換期限	年	月	日	年	月	日	年	月	日			
パッドの有効期限	年	月	日	年	月	日	年	月	日			
外 観 の 確 認												
・ AED 本体の損傷、ひび、汚れ等。	<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
・ 全てのケーブルのひび、キズ、破損等。	<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
確 認 日	年 月			年 月			年 月					
ステータスインジケータ の表示確認 (○または×にて記入してください。)	1		16		1		16		1		16	
	2		17		2		17		2		17	
	3		18		3		18		3		18	
	4		19		4		19		4		19	
	5		20		5		20		5		20	
	6		21		6		21		6		21	
	7		22		7		22		7		22	
	8		23		8		23		8		23	
	9		24		9		24		9		24	
	10		25		10		25		10		25	
	11		26		11		26		11		26	
	12		27		12		27		12		27	
	13		28		13		28		13		28	
	14		29		14		29		14		29	
	15		30		15		30		15		30	
			31				31				31	

※除細動パッドやバッテリーの有効期限、交換期限までに、または警報が発せられた場合に交換して下さい。


<ステータスインジケータの表示>

正常にお使いいただけます。



『√』 ⇒ 正常

確認が必要です。販売店に連絡して下さい。



『表示なし』 ⇒ 異常